

Mẫu 9b

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Công Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao thường xuyên phục vụ khám chữa bệnh bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế năm 2021.
2. Tên gói thầu: Gói 2-02 danh mục bộ xét-nghiệm giun sán 2 và Bộ xét nghiệm kháng thể H.Pylori.
3. Số thông báo mời thầu: 20210744755 - 00.
4. Giá gói thầu: 183.990.000 đồng.
5. Giá trúng thầu: 183.990.000 đồng.
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH TM Y tế Phú Gia.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 166/QĐ-VSR ngày 03/8/2021 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:
(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Bình Định, ngày 05 tháng 8 năm 2021 

VIỆN TRƯỞNG




Hò Văn Hoàng

STT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
1	Bộ XN IgG sán dãi chó	<p>Bộ xét nghiệm Echinococcus IgG là xét nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme (ELISA) dùng để tầm soát định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus sp. trong mẫu huyết thanh người.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khay vi giếng: Chứa Kháng nguyên Echinococcus-96 giếng trong một khung giữ thanh vi giếng. - Enzyme liên hợp: Một chai chứa 11ml Protein A liên hợp với peroxidase. - Chứng dương: Một lọ chứa 1 ml huyết thanh thử dương tính pha loãng. - Chứng âm: Một lọ chứa 1 ml huyết thanh người âm tính được pha loãng. - Dung dịch Cơ chất TMB: Một chai chứa 11ml chất tạo màu tetramethylbenzidine(TMB). - Dịch Rửa đậm đặc 20X: Một chai chứa 25ml dung dịch đệm và chất hoạt tính bề mặt đậm đặc. - Đệm Pha loãng: Hai lọ chứa 30 ml dung dịch dung dịch protein đệm. - Dung dịch Dừng phản ứng: Một chai chứa 11 ml dung dịch 1 M axit photphoric. - Độ nhạy: 97.9 %. Độ đặc hiệu: 91.7 %. - Độ ổn định :Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng. - Tổng thời gian ủ: 20 phút ở nhiệt độ phòng. 	Hộp	8202-35	Cortez - Mỹ	8	4.536.000	

STT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
2	Bộ xét nghiệm kháng thể H.Pylori	<p>Bộ xét nghiệm kháng thể H.Pylori dùng để phát hiện kháng thể IgM kháng Helicobacter pylori trong huyết thanh người. Bộ xét nghiệm bao gồm các chất sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giếng phủ kháng nguyên (1 khay, 96 giếng) Khay vi giếng phủ kháng nguyên H. pylori tinh khiết; - Chất liên hợp Enzyme (13 ml). Chứa kháng thể kháng IgM người từ dê liên hợp với horseradish peroxidase cùng chất bảo quản; - Dung dịch pha loãng mẫu (22 ml). Chứa dung dịch đệm phosphate với chất bảo quản; - Chất chứng âm (100 µl/lọ). Chứa huyết thanh âm tính với H. pylori IgM cùng chất bảo quản; - Chất hiệu chuẩn ngưỡng (100 µl/lọ) <p>Chứa huyết thanh dương tính yếu với H. pylori IgM cùng chất bảo quản H. pylori IgM Index = 1; Chất chứng dương (100 µl/lọ) Chứa huyết thanh dương tính với H. pylori IgM cùng chất bảo quản;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung dịch đệm rửa đậm đặc (20x) (50 ml). Chứa dung dịch đệm phosphate và Tween 20; - Dung dịch TMB (11 ml). Chứa 3, 3', 5, 5' tetramethylbenzidine (TMB) ổn định trong dung dịch đệm; - Dung dịch dừng phản ứng -1N HCl (11 ml); Axit hydrochloric pha loãng. <p>- Độ nhạy: 80.0%. Độ đặc hiệu: 97.7%. Độ chính xác: 95.4%. - Độ chụm nội xét nghiệm: 1.1 – 1.7%. Độ chụm liên xét nghiệm: 1.8 - 3.1%. - Độ ổn định: ổn định 2-8 oC trong 15 tháng.</p>	hộp	EIA2111	DRG -Đức	30	4.923.400	

