

## PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị yêu cầu: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn  
Địa chỉ: Khu vực 8, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Điện thoại: 0256.3846571; số Fax: 0256.3846571

Kính gửi: Quý Công ty

Thực hiện lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị từ nguồn NSNN năm 2022 theo Dự toán kinh phí của Bộ Y tế giao;

Kính đề nghị các nhà cung cấp báo giá trang thiết bị cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, với danh mục cụ thể như sau:

TT	Tên trang thiết bị	ĐVT	SL	Phân loại (NĐ 98/2021)	Phân nhóm (TT14)	Bảo hành	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
1	Hệ thống xử lý X-Quang kỹ thuật số	Hệ thống	1			≥12 tháng	- Bao gồm tấm thu nhận ảnh phẳng, phần mềm, bộ thu nhận tín hiệu, trạm điều khiển và xử lý hình ảnh. - Loại tấm thu nhận không dây, kích thước tiêu điểm ảnh khoảng 125x125µm. - Tương thích với máy X-Quang kỹ thuật số RAD SPEED DR; Mã hiệu: UP-DF 550; Nước sản xuất: Nhật; Hãng sản xuất: Shimadzu.
2	Bình nitơ lỏng chứa mẫu	Cái	2			≥12 tháng	- Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng. - Dung tích: ≥3 lít.
3	Bộ lọc chân không	Cái	1			≥12 tháng	- Bộ lọc chân không bằng thép không gỉ có 3 vị trí, bao gồm bơm chân không, kẹp, phễu.
4	Máy lọc nước khử ion, công suất ≥10 lít/giờ	Cái	1			≥12 tháng	- Tạo ra nước loại I và loại III. - Công suất ≥10 lít/ giờ - Kèm theo bình chứa tối thiểu 30 lít.
5	Bộ lưu điện online ≥6KVA	Cái	3			≥12 tháng	- Loại online với công suất đầu ra ≥6kVA, điện áp ra 220V/50Hz.

TT	Tên trang thiết bị	ĐVT	SL	Phân loại (NĐ 98/2021)	Phân nhóm (TT14)	Bảo hành	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
6	Cân phân tích điện tử 4 số lẻ, khối lượng cân tối đa $\geq$ 220g	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Cân 4 số lẻ; - Trọng lượng cân tối thiểu 220g.
7	Kính hiển vi quang học 3 đường truyền quang	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Loại kính có 3 đường truyền quang, nguồn đèn LED. - Bao gồm các vật kính 4X, 10X, 40X, 100X.
8	Kính hiển vi soi nổi kèm camera và máy tính	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Độ phóng đại tối thiểu lên tới 45 lần. - Camera kỹ thuật số độ phân giải $\geq$ 5MP.
9	Máy cất nước 2 lần	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Công suất $\geq$ 4 lít/giờ.
10	Máy đo pH để bàn	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Dải đo từ -2 đến 20 với 5 điểm chuẩn.
11	Máy đo độ đục vi khuẩn cầm tay	Cái	1			$\geq$ 12 tháng	- Dải đo từ 0-1.000NTU, thể tích mẫu đo khoảng 15ml, hiển thị trên màn hình LCD.
12	Máy ly tâm 12 vị trí cho ống 15ml, tốc độ $\geq$ 6.000 vòng/phút	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Dùng cho 12 ống 15ml với tốc độ 6.000 vòng/phút.
13	Máy ly tâm 24 vị trí cho ống 1,5/2,0ml, tốc độ $\geq$ 15.000 vòng/phút	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Dùng cho 24 ống 1,5/2,0ml với tốc độ 15.000 vòng/phút.
14	Máy phun thuốc diệt côn trùng (máy phun ULV)	Cái	2			$\geq$ 12 tháng	- Máy phun ULV đeo vai - Gồm 03 béc phun kích thước lỗ: 1,0; 1,25; 1,5mm.
15	Máy rửa và sấy khô dụng cụ thủy tinh tự động	Cái	1			$\geq$ 12 tháng	- Dung tích $\geq$ 185 lít - Màn hình cảm ứng có tối thiểu 40 chương trình. - Có chức năng sấy khô.
16	Bộ Micropipet đơn kênh (6 cái/bộ kèm giá treo)	Bộ	3			$\geq$ 12 tháng	- Loại 1 kênh cố định, bao gồm các thể tích 10, 20, 25, 50, 100 và 200 $\mu$ l kèm giá treo.
17	Tủ ấm CO2 dung tích $\geq$ 155 lít	Cái	1			$\geq$ 12 tháng	- Có chức năng điều chỉnh CO2, dung tích $\geq$ 155 lít.
18	Tủ an toàn sinh học cấp II, kích thước $\geq$ 1,2m	Cái	1			$\geq$ 12 tháng	- Loại tủ an toàn sinh học cấp II loại A2. - Kích thước làm việc tối thiểu 1,2m.

TT	Tên trang thiết bị	ĐVT	SL	Phân loại (NĐ 98/2021)	Phân nhóm (TT14)	Bảo hành	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
19	Tủ đựng hóa chất chuyên dụng có bộ phận lọc khí	Cái	2			≥12 tháng	- Dung tích ≥240 lít.
20	Tủ hút khí độc, kích thước ≥ 1,5m	Cái	1			≥12 tháng	- Kích thước tối thiểu 1,5m, kèm theo quạt hút, chân tủ.
21	Tủ lạnh trữ mẫu chuyên dụng 2-8 độ C, dung tích ≥1000 lít	Cái	1			≥12 tháng	- Dải nhiệt độ tối thiểu từ 2 đến 8 độ C. - Dung tích ≥1000 lít.
22	Tủ sấy đối lưu cưỡng bức dung tích ≥ 160 lít	Cái	1			≥12 tháng	- Đối lưu cưỡng bức bằng quạt Dung tích ≥160 lít/
23	Thang máy chuyên dùng 3 điểm dừng (tải người và giường bệnh)	Cái	1			≥12 tháng	- Thang 3 stop (3 điểm dừng). - Tải trọng ≥1000kg. - Kích thước Carbin ≥ 1600mm x 2000mm. - Cửa ≥900mm.

\* Yêu cầu:

- Hàng hóa mới 100% , có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế phải được phân loại trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và được phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại cơ sở y tế công lập.

- Yêu cầu báo giá theo mẫu kèm theo phiếu yêu cầu báo giá.

- Địa chỉ nhận báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn Địa chỉ: Khu vực 8, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Gửi Fax: 0256.3864571, gửi Email: dungimpe@yahoo.com.vn

- Báo giá gửi trước 9 giờ 00 ngày 28/3/2022, rất mong sự hợp tác của các đơn vị cung cấp báo giá. Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KH-TH, TCKT, TC-HC, Tổ thầu.



VIỆN TRƯỞNG

**Hồ Văn Hoàng**

