

Mẫu 9b

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Công Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp test chẩn đoán nhanh phục vụ khám chữa bệnh quý 2/2022 bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế năm 2022 của Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn.
2. Tên gói thầu: Test chẩn đoán nhanh.
3. Số thông báo mời thầu: 20220516161-00.
4. Giá gói thầu: 199.802.000 đồng.
5. Giá trúng thầu: 193.650.000 đồng.
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH TMDV và Thiết bị Y tế Việt Anh.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 99/QĐ-VSR ngày 20/5/2022 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:  
(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Bình Định, ngày 23 tháng 5 năm 2022



**Hồ Văn Hoàng**



STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Mã sản phẩm	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
1	H.Pylori	Định tính phát hiện IgG kháng H.pylori trong máu toàn phần Huyết thanh hoặc huyết tương. Độ nhạy $\geq 86.7\%$ ; Độ đặc hiệu $\geq 91\%$ ; Độ chính xác $\geq 89.8\%$ .	test	R0191C	Mỹ	6.060	23.000	
2	HbeAg	Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Phát hiện HbeAg Độ nhạy: $\geq 96\%$ . Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$ . Độ chính xác: $\geq 98\%$	test	ITP01043 - DS50	Trung Quốc	2.100	9.000	
3	HBsAg	Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$ . Độ chính xác: $\geq 99\%$	test	ITP01001- DS50	Trung Quốc	2.900	7.200	
4	Anti HCV	Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Độ nhạy: $\geq 99\%$ . Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$ . Độ chính xác: $\geq 99\%$	test	ITP01102- DS50	Trung Quốc	400	9.000	
5	HBsAb	Test chẩn đoán định tính phát hiện kháng thể bề mặt virus viêm gan B (HBsAb) bằng phương pháp sắc ký miễn dịch, sử dụng mẫu huyết thanh/huyết tương. Độ nhạy: $\geq 99\%$ . Độ đặc hiệu: $\geq 99\%$	test	A02-02- 213	Canada	550	19.800	

